PathoDx
Lames témoin pour virus respiratoires

REF R62414

FR

1. DOMAINE D'APPLICATION

Les lames témoin supplémentaires PathoDx™ destinées à l'identification des virus respiratoires sont conçues pour une utilisation avec le kit pour virus respiratoires (RVP) PathoDx, lequel contient tous les composants nécessaires aux tests. Ces réactifs constituent des composants de remplacement. **Pour plus d'informations et pour une utilisation correcte de ce produit, se référer au mode d'emploi fourni avec le kit pour virus respiratoires PathoDx (R62400)**.

2. DESCRIPTION, PREPARATION ET CONDITIONS DE CONSERVATION RECOMMANDEES

Voir également le paragraphe **Précautions et restrictions d'emploi**.

Conserver entre 2 et 8°C.

CONTROL SLIDE **Lames témoin pour virus respiratoires**

Cinq lames vendues sous emballage individuel hermétique avec dessiccant. Chaque lame témoin est dotée de huit cupules. Le type de cellule infecté par un virus est clairement indiqué sur chaque cupule de la lame. Une des cupules contient des cellules LLC-MK2 non infectées. La lame a été fixée à l'acétone. Avant utilisation, amener la lame à température ambiante (15 à 28°C) dans l'emballage. Retirer la lame à l'aide des bords uniquement. Les cellules infectées sont les suivantes :

VSR	Souche Long, HEp-2
Influenza de type A	Souche A/Port Chalmers/1/73, MDCK
Influenza de type B	Souche B/Maryland/1/59, MDCK
Parainfluenza de type 1	Souche C-35, LLC-MK2
Parainfluenza de type 2	Souche Greer, LLC-MK2
Parainfluenza de type 3	Souche C 243, LLC-MK2
Adénovirus 5	Souche adénoïde 75, A-549

3. PRECAUTIONS ET RESTRICTIONS D'EMPLOI

IVD

Les réactifs sont destinés exclusivement au diagnostic *in vitro*.

Réservé à un usage professionnel.

Pour obtenir des informations sur les composants potentiellement dangereux, se référer à la fiche de sécurité fournie par le fabricant et à l'étiquetage du produit.

INFORMATIONS DE SECURITE

1. Echantillons cliniques : Les précautions de sécurité adéquates doivent être respectées lors de la manipulation et du traitement de tous les échantillons cliniques, du fait de la présence potentielle d'organismes vivants pathogènes. Manipuler les cultures susceptibles de contenir des virus infectieux conformément aux bonnes pratiques de laboratoire.
2. Déchets : Stériliser tous les déchets avant de les mettre au rebut conformément aux procédures de laboratoire standard et aux réglementations locales.

4. CONDITIONNEMENT

REF R62414.....Lames témoin pour virus respiratoires (boîte de 5)

Légende des symboles

REF	Numéro de référence
IVD	Dispositif médical de diagnostic in vitro
LAB	Utilisation en laboratoire
	Consulter le mode d'emploi
	Limite de température
LOT	Code de lot
	A utiliser avant le
	Fabricant

CE

PathoDx est une marque de commerce déposée de Remel Inc.

IFU X7795 révisé Novembre 2012

Remel Europe Ltd.
Clipper Boulevard West, Crossways
Dartford, Kent, DA2 6PT
Royaume-Uni

Pour obtenir une assistance technique, contacter le distributeur local.